


#### 200 ul Pipet ucu Teknik Şartnamesi

1. Pakette 1000 adet olmalıdır.
2. Hacmi 200 ml olmalıdır.
3. Laboratuvarda kullanılan pipetler için uygun olmalıdır.
4. Polipropilenden yapılmış ve otoklavlanabilir olmalıdır.

  
Prof. Dr. Sinem AKÇALI  
Fakültesi  
Fakültesi  
Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji AD  
Tesc. No: 6917 / Vezmanlık Tesc. No: 65224