


200 ul Pipet ucu Teknik Şartnamesi

1. Pakette 1000 adet olmalıdır.
2. Hacmi 200 ml olmalıdır.
3. Laboratuvarda kullanılan pipetler için uygun olmalıdır.
4. Polipropilenden yapılmış ve otoklavlanabilir olmalıdır.


Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Fakülte Doktoru
Fakülte Doktoru
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Tesc. No: 6917 / Vezmanlık Tes. No: 65224