

## SERKLAJ TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sertifikalı paslanmaz çelikten ( ASTM F.138 ) imal edilmiş olmalıdır.
2. Eğilmeye ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
3. Rulo olarak paketlenmiş olmalıdır. Rulo açıldığında, her bir rulo boyu 1000 cm  $\pm 2$  cm aralığında olmalıdır.
4. Non-steril olarak, üzerinde çaplarını gösteren kapalı paketler halinde hastanemizin deposuna tamamı teslim edilmelidir.
5. Sosyal güvenlik kurumuna fatura edilebilmesi için UBB numaraları ve barkodları olmalıdır.
6. Malzeme istek formundaki çaplarda-adetlerde olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün, ÜTS kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Prof.Dr.Güvenir UZCU  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip.No:90 AA 155



**KIRSCHNER TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**  
**Sut kodu TV 5600**

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Uç kısmı "elmas uç" yapısında olmalıdır.
3. Eğilmeye ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
4. Boyları 300 mm  $\pm$  20 mm aralığında olmalıdır.
5. Teklif veren firmalar her bir çaptan 5 ( beş ) adet numüne verecek ve bu numüneler ilgili birim tarafından kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
6. Her bir pakette 10 ( on ) adet olacak şekilde , non-steril olarak hastanemizin deposuna teslim edilmelidir.
7. UBB numaraları ve barkodları olmalıdır.
8. Malzeme istek formundaki çaplarda-adetlerde olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün, ÜTS kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

**Prof.Dr.Güvenir OKCU**  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip.No:90 AA 155

