



200 ul Pipet ucu Teknik Şartnamesi

1. Pakette 1000 adet olmalıdır.
2. Hacmi 200 ml olmalıdır.
3. Laboratuvarda kullanılan pipetler için uygun olmalıdır.
4. Polipropilenden yapılmış ve otoklavlanabilir olmalıdır.


Prof. Dr. Semra KURUTEPE
Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji A.D
4286


Prof. Dr. Talat ECEMİŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. Tes.No:55319