


KATETER, BALON, ANJIYOPLASTI, 0,014", MONORAIL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Balon kateterler 1,5-7mm arası çaplara sahip olmalıdır.
- 2- Balon kateterler 20-120mm arası uzunluklara sahip olmalıdır.
- 3- Ürün monorail yapıda maksimum 0,014" guidewire lar ile uyumlu olmalıdır.
- 4- Nominal basıncı 7 atm olmalı,
- 5- Patlama Basıncı (RBP) minimum 14 atm'olmalıdır.
- 6- Maksimum 6F guiding kateter'den çalışabilmelidir.
- 7- Distal shaft dış çapı maksimum distal 2,8F , mid 2,7F proksimal 2,3F 'olmalı
- 8- Shaft uzunluğu 135cm'olmalıdır.
- 9- Balonun üzerinde belirteç (marker) bulunmalıdır.
- 10- Karotis ve Renal darlıkların tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 11- Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır
- 12- Balon kateterler steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmelidir.
- 13- Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.


Prof. Dr. Serdar TARHAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi