

### Kılavuz Töl Koroner Diagnostik 0.035 İnç Yumuşak Uçlu (KR1067)

- 1-260cm uzunlukta, **hidrofilik** özellikte ve yüksek taşıma özelliğine sahip olmalıdır.
- 2-Guide wire çekirdeğinde süper esnek özel nikel titanyum alaşımından yapılmış radiopak solid bir metal içermelidir
- 3-Bu metalin üzeri özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
- 4-Guide wire'in en dış kısmı ise kaygan olması amacı ile hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
- 5-Guide wire,in en dışı su veya kan gibi biyolojik sıvılarla temas ettiğinde su tutucu özelliği olan M&M2 (Oleik asit esterlenmiş formu) hidrofilik malzeme ile kaplı olmalıdır.
- 6-Guide wire,in ucu atravmatik olmalıdır.
- 7-Merkezdeki super esnek öz guide wire' in ucuna 3cm kala bitmelidir. Guide wire hidrofilik özelliği sayesinde biyolojik ortamda zor ve tortuyoz damarlardan rahatlıkla geçebilmelidir.
- 8-Super esnek guide wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilecek kuvvetli şekil hafızasına sahip olmalıdır.
- 9-Malzeme teslim tarihinde en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.

Prod. Dr. Mustafa ÖZCAN SÖYLÜ  
Cep Telefonu: 0535 58374  
A. D. Kızılcık  
Dış. No: 535 58374  
Dış. No: 535 58374