

ENDOTRAKEAL TÜP (RİJİT-BALONSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(Tüp numaraları 2, 2.5, 3, 3.5 ve 4)

1. Tüp nontoksik, şeffaf ve PVC' den yapılmış olmalıdır. Etilen oksitle sterilizasyon için uygun olmalıdır.
2. Radyopak çizgi tüp boyunca olmalıdır.
3. Tüpün rahat yerleştirilebilmesi için tüpün üzerinde 1 cm aralıklarla siyah yerleştirme ölçüleri olmalıdır. En az 3 cm'den başlayıp yukarıya doğru cm olarak rakam ile numaralandırılmış olmalıdır.
4. Tüpün üzerinde vokal kort işareti olmalıdır.
5. Tüp tek kullanımlık ve steril ambalaj içinde olmalıdır.
6. Tüp balonsuz-spiralsiz rijit olmalıdır. Tüpün şekli hafif eğik olup bebeğe uygulamaya elverişli olmalıdır.
7. Tüp numaraları 2, 2.5, 3, 3.5 ve 4 şeklinde olmalıdır.
8. Firma numune getirmek zorundadır.
9. UBB ve UTS Kaydı olmalıdır.
10. SUT Kodu: OR2780.

Doc. Dr. Servet TAYINCI

