

GALOŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(MEKANİK GALOŞ OTOMATI İÇİN)

1. Galoşlar hastanemizde kullanılmakta olan mekanik galoş otomatında kullanılmak için imal edilmiş olmalıdır.
2. Galoşlar cihaza kolay takılabilmesi için 100 (+ - 5) Adetlik kartuş haline getirilmiş olmalıdır.
3. Galoşlar cihaza takılırken elektrik, batarya vb. güç ve alet gerektirmeyen tamamen mekanik bir sisteme sahip olmalıdır.
4. Galoşları cihaza kolay ve rahat takılması için her iki tarafında plastik klipsleri olmalıdır.
5. Galoş üzerinde bulunan plastik klipsler galoşları çıkarma sırasında kolaylık sağlayacak türden olmalıdır.
6. Galoşlar plastik klipslerle birbirine bağlanmış, sürekli form şeklide kartuş haline getirilmiş olmalıdır.
7. Galoş kartuşlarının üzerindeki plastik klipsler mavi renkle başlayıp, bu klipsler galoş kartuşunun son kısmında, bitime yaklaştığını belirten kırmızı renkli olmalıdır.
8. Galoş kartuşları taşıma ve depolama sırasında bozulmayacak şekilde dizayn edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.
9. Galoşlar kadın, erkek, çocuk ayırt etmeden tüm ayakkabı, terlik vb. ürünlere giyilebilmelidir.
10. Galoşlar dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
11. Galoşlar 18 ±2 mikron kalınlığında olmalıdır.
12. Galoşların kaynak yerleri sağlam olmalıdır ve açılmamalıdır.
13. Galoşlar mavi renkte olmalıdır.
14. Galoş üretiminde kullanılan polietilen yeni ve iyi kalitede olmalıdır, atık polietilenden imal edilmiş olmamalıdır.
15. Galoşlarda kullanılan lastikler kolay kopmayan sağlamlıkta olmalıdır.
16. Galoşlar 48 – 50 Numaraya kadar büyüklükteki ayakkabıları rahatça kaplamalıdır.
17. Distribütör & Bayi veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Teklif veren firmalar bu belgeyi teklif mektubuyla birlikte sunmalıdır.
18. Galoşların teslimatını yapmaya gelecek olan firma elemanının Tıbbi Cihaz Satış ve Tanıtım Elemanı ve Klinik Destek Elemanı belgesi olmalı ve bu belgeyi ibraz etmelidir.

Ameliyathane Birim
Sorumlusu
SERAP ERŞİM