

SEMI-RİJİT ÜRETERO-RENOSKOP FORSEPSİ TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
- Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.
- Teklif edilen tüm ürünler aynı marka olmak zorundadır ve setin tamamına teklif vermek zorundadır.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :

- Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
- Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

- Teklif edilen tüm ürünler reusable ve tek bir marka olmalıdır.
- Teklif edilen tüm ürünler paslanmaz özel metal alaşımdan üretilmiş olmalı ve üretici firma tarafından orijinal belge ile belgelendirilmelidir.
- Teklif edilen tüm ürünler teknik özellik, şartnameye uygunluk ve sağlamlığı kontrol edilmek üzere demonstrasyon istenebilecektir ve bu şartları karşılamayan teklifler geçerli sayılmayacaktır.
- Ameliyathanemizde kullanılan Karl Storz marka 27002L kodlu semi-rijit urs cihazı ile tam uyumlu olmalı ve bu uyum orijinal katalog üzerinde gösterilmelidir.

2 Adet Kavrama Forsepsi

- Karl Storz marka 27002L kodlu semi-rijit urs cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- Büyük taş parçaları için kullanılabilir.
- Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.
- Kısa çeneli olmalıdır.
- Çapı 5Fr. ve uzunluğu 60 cm. olmalıdır.
- Çenesi tırtıklı olmalıdır.

Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU
Üroloji Uzmanı
Dip. ve Uzm. No:6791 - 66312

SEMI-RİGİT ÜRETERO-RENOSKOP FORSEPSİ TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımaları ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
- Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.
- Teklif edilen tüm ürünler aynı marka olmak zorundadır ve setin tamamına teklif vermek zorundadır.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :

- Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
- Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

- Teklif edilen tüm ürünler reusable ve tek bir marka olmalıdır.
- Teklif edilen tüm ürünler paslanmaz özel metal alaşımdan üretilmiş olmalı ve üretici firma tarafından orijinal belge ile belgelendirilmelidir.
- Teklif edilen tüm ürünler teknik özellik, şartnameye uygunluk ve sağlamlığı kontrol edilmek üzere demonstrasyon istenebilecektir ve bu şartları karşılamayan teklifler geçerli sayılmayacaktır.
- Ameliyathanemizde kullanılan Karl Storz marka 27002L kodlu semi-rijit urs cihazı ile tam uyumlu olmalı ve bu uyum orijinal katalog üzerinde gösterilmelidir.

1 Adet Kavrama Forsepsi

- Karl Storz marka 27002L kodlu semi-rijit urs cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- Büyük taş parçaları için kullanılabilir.
- Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.
- Uzun çeneli olmalıdır.
- Çapı 5Fr. ve uzunluğu 60 cm. olmalıdır.
- Dişli olmalıdır.

Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU
Uroloji Uzmanı
Dip. ve Uzm. No: 6791 - 66312