

TRANSOBTÜRATÖR KİT (TOT)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içerisinde seeling amacına yönelik bant ve 1 adet uygulama aparatı içermelidir.
2. Malzemenin tamamı dıșposable olmalıdır
3. Malzeme bant kısmı monofilament polypropylene yapısında olmalıdır.
4. Bant karın duvarına ekstra sabitleme gerektirmeksizin tutunabilir yapıda olmalıdır.
5. Bant özelliđini koruyabilmesi amacıyla sert pvc tüp içerisinde paketlenmiř olmalıdır.
6. Monofilament polypropylene meshin por büyüklüđü en fazla 60 mikron olmalıdır. Daha fazlaolanlar kabul edilmeyecektir.
7. Uygulama aparatlarının plastik kısmının uzunluđu 13 cm ele rahat manupulasyon sađlaması için geniřliđinin 2,5 cm olması gerekir.
8. El aletlerinin iđne uç kısmı çapı 10 cm olmalıdır.
9. Uygulama aparatları içten dıřa ve dıřtan içe uygulamaya izin verir nitelikte ve dizaynda olmalıdır
10. Ugulama aparatlarının kanca sapının az 4mm olmalı eđilip bükülmelere karřı dirençli olmalıdır.
11. Uygulama aparatları I316 paslanmaz çelikten mamul edilmiř olmalıdır.
12. Türkiye de en az bir adet yayın olmalıdır. Yayını olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
13. Malzeme sert pvc ambalaj içerisinde steril ve tyvek ile kapatılmıř halde bulunmalıdır.
14. Malzeme CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
15. Vajinal bant özel yapıda ve esnemeye karřı dirençli olmalıdır.
16. Ürün gerildiđi zaman ip özelliđi göstermemelidir.
17. Bant özel pvc boru içerisinde muhafazalı olarak sunulmalıdır.
18. Etiket veya ambalajında ürüne ait orijinal barkod numarası olmalıdır.
19. Bantın uçları polimer , poliüretan ve sliikon içermemelidir
20. Ürün şartnameye uysa dahi numune deđerlendirildikten sonra karar verilecektir.
21. Deneme ve uygunluk için numune görülecektir.
22. Firmalar tüm maddelere uygunluk beyanı vermek zorundadır.