

KANİSTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanisterler 2000 cc ve 3000 cc tək kullanımık aspiratör torbaları ile uyumlu olmalıdır.
2. Kanister üzerinde açma/kapama (on/off) vanası bulunmalıdır.
3. Kanisterler KRILMAYA DİRENÇLİ 121 °C de steril edilmeye uygun transparan polikarbonat plastik malzemedən yapılmış olmalıdır. Kanister üzerinde ölçüm yapılabilmesi için skala bulunmalı ve onaylı kuruluştan alınmış CE belgesine sahip olmalıdır.
4. Kanister buhar otoklavına girdiğir de yazıların silinmemesi ve çıkmaması gerekmektedir.
5. vKanisterler ile uyumlu duvar bağlantı plakası ve halka aparatı verilmelidir.


Kerem Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü