

## EKG KAĞIDI TENİKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen EKG kâğıdı, Nihon Kohden marka EKG 9132K model ekg cihazına uyumlu olmalıdır
2. EKG kâğıdı her 14 cm'de bir "Z" şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
3. EKG kâğıdı 21 cm eninde ve 30 m uzunluğunda olmalıdır.
4. Ambalajlanmış her pakette 200 yaprak olmalıdır.
5. EKG kâğıdı yatay ve dikey hat çizgileri olmamalı, kâğıt çizgisiz olmalıdır.
6. EKG kâğıdı kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
7. Teklif veren firma denemek üzere 1 paket EKG kâğıdı tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
8. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
9. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
10. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

  
Bahar ERDELİKANLI  
Sağlık Hizmetleri Müdürü