

CERRAHİ ALET PAS SÖKÜCÜ TOZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Toz formda olmalıdır.
2. Cerrahi alet temizleme tozu ; cerrahi aletlerin temizliğinde ve bakımında ,paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılmaya özel olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün ; cerrahi aletlerin üzerinde ve paslanmaz çelik yüzeylerde oluşmuş olan korozyon, pas, kan lekesi ,alet tanımlama bandı, kireç lekesi, su lekesi, gibi en zorlu lekeleri kolaylıkla temizleyebilmelidir.
4. Yüzeğe hafif nemli bir temizleme malzemesi ile (fırça, spanç, batın kompresi vb.) uygulandığında, kullanıcıyı yormadan kolaylıkla pası ve kiri çıkarmalıdır.
5. Cerrahi alet temizleme tozu ; Temizlik yaparken aynı zamanda da cerrahi aletlerin ve paslanmaz çelik yüzeylerin bakımını yapmalı, parlatmalı, ve korumalıdır.
6. Ürün hiçbir şekilde aşındırıcı özellikte olmamalıdır. Temizlik yaparken aletleri çizmemelidir.
7. Uygulandığı yüzeylerde korozyona sebep olmamalıdır. 304 ve 316 paslanmaz çelikten imal edilmiş malzemelere zarar vermediği, akredite bir kuruluş tarafından yapılmış test raporu ile ispatlanmalıdır. İlgili rapor ihale dosyasına konmalıdır.
8. Ürün kimyasal içeriğinde sitrik asit ve yüzey aktif ajanlar yer almalıdır.
9. Aldehit, fenol, klor, Edta gibi maddeleri içermemelidir.
10. Ürün biyoçözünür özellikte olmalıdır. Biyoçözünür olduğu akredite bir kuruluş tarafından yapılmış test ile ispatlanmalıdır. Biyoçözünürlük raporu ihale dosyasına konmalıdır.
11. Ürün uygulandığı yüzeylerin parlak görünmesini sağlamalıdır.
12. Kolay durulanabilmelidir.
13. Ürün en az 3 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
14. Firmaya ait ISO 13485 kalite belgesi, GMP sertifikası ihale dosyasında bulunmalıdır.
15. Ürün çevre dostu olmalı ve ürüne ait güvenlik sertifikası ihale dosyasında bulunmalıdır.
16. Ürünün pH değeri %1 lik sulu çözeltisinde 1,0- 4,0 aralığında olmalıdır.
17. Ürün minimum 226 gram, maksimum 350 gramlık orijinal ambalajında olmalıdır.
18. 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Güvenlik Veri Fişi ürün dosyasına eklenmelidir.
19. Ürün değerlendirmesi için numune verilmelidir. Numune komisyon tarafından değerlendirilecek ve uygunluk verilecektir. Numune vermeyen ve ürünü uygun bulunmayan firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.

MSÜ Sorumlu Hem
Sevcan Sankaya

