

2. Cell culture grade olmalıdır.
3. Saflık %99,5 GC olmalıdır.
4. Moleüler formülasyonu C_2H_6OS olmalıdır.
5. Moleküler ağırlığı 78.13 g/mol olmalıdır.
6. Oda koşulunda saklanabilmelidir.
7. Daha önceden laboratuvarımızda kullanılmış olmalıdır.
8. Gerekliği takdirde numune sağlanmalıdır.
9. Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
10. Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

25. Alet Temizleme Sıvısı için Teknik Şartname

1. 100 ml olmalıdır.
2. Muse cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Cihazdaki hücre atıklarını, proteinleri, reaktif boya kalıntılarını temizleyebilmelidir.
4. Örnek tıkanıklarını ve birikmelerini giderebilmelidir.
5. Oda koşulunda saklanabilmelidir.
6. Gerekliği takdirde numune sağlanmalıdır.
7. Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
8. Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

26. Anti-Polyvalent HRP Kit için Teknik Şartname

1. 125 ml olmalıdır.
2. 1250 testlik olmalıdır.
3. Kit içeriğinde; Protein Block , Biotinylated Goat Anti-Polyvalent, ve Streptavidin Peroxidase içermelidir.
4. Saklama koşulu 2-8°C olmalıdır.
5. Raf ömrü 24 ay olmalıdır.
6. Gerekliği takdirde numune sağlanmalıdır.
7. Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
8. Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

