SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
1	ANA KESİ BIÇAK 2,6	100	ADET	GZ1038	7065
2	MVR 20 GAUGE AÇILI	100	ADET	GZ1039	573
3	VİSKOELASTİK (METİLSELÜLÖZ)	100	ADET	GZ1059 (30797)	4059
4	TRİPAN MAVİSİ	100	ADET	GZ1064	359

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

OFTALMİK VİSKOELASTIK MADDE (Hidroksi Propil Metil Selüloz ,HPMC)

1	Ürün Dispersif yapıda olmalıdır.
2	pH değeri 6.0 ila 7.8 arasında olmalıdır.
3	Ürün Dispersif yapıda olacağından Moleküler ağırlığı 86,000 Dalton olmalıdır.
4	Ürün tek enjektör içerisinde %2.0 (20 mg) Hidroksi Propil Metil Selüloz (HPMC) içeriği olmalıdır. Hidroksi Propil Metil Selüloz (HPMC) miktarı ve ml miktarı daha fazla veya daha az olmamalıdır.
5	Viskozitesi 3.000 ila 4.500 cPs at 270C. olmalıdır.
6	Osmolarite 250-350 mosmol/Kg. olmalıdır.
7	Ürün, 100 % transparent olmalıdır.
8	Cerrahi girişim süresince net görüş sağlamalı,görüş kalitesini bozmamalı ve kornea endotelini korumalıdır.
9	Cerrahi girişimlerde ön kamaraya kolayca enjekte edilmeli ve alınabilmelidir.
10	Oküler hidrodinamiği bozmamalıdır.
11	İnflamatuar reaksiyona,alerjiye,katarakta ve kanser oluşumuna sebebiyet vermemelidir.
12	Kanül kalınlığı(g) 23G veya 25G olmalı ve steril olarak ürün ile birlikte aynı kutuda ayrı bir steril paket içerisinde sunulmalıdır ve ürün bilgileri,son kullanma tarihleri,lot numarası gibi ayırt edici bilgiler mutlaka kutu üzerinde yer almalıdır.
13	Ürün ,Pyrogen içermemelidir.
14	Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
15	Tüm ön segment ameliyatlarında ,glokom cerrahi müdahalelerinin tüm aşamalarıda , kornea naklinde kullanılabilmelidir, fakomülsifikasyon ve IOL implantasyonu sırasında IOL kaplama özelliğine sahip olmalıdır.
16	Ürün, ameliyat sonrasında kolaylıkla çıkarılabilmektedir.
17	Teklif verecek firmaların,test ve değerlendirme amaçlı kesinlikle numune vermeleri şarttır.
18	Ürünün kutu içeriğinde Türkçe kullanım kılavuzunun olması vazgeçilmez şarttır.
19	Teklif edilen ürünün kutusunda ambar teslim kolaylığı olması nedeni ile barkot numarası olmalıdır. Barkot numarası olmayan ürün teslim alınmayacaktır.
20	İstekli TiTUBB da kayıtlı olmalıdır.
21	Ürün TİTUBB da Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

STİLETTO (MVR) KNİFE ŞARTNAMESİ

1. Otoklava dayanıklı malzemeden yapılmış plastik saplı olmalıdır.
2. Tekrar kullanımda kolay körelmemelidir.
3. Bıçak koruyucu ambalaj içinde hiç hareket etmemeli ucu kabı delip dışarı çıkmamalıdır.
4. Bıçağın sapının üzerinde milimetresi ve markası yazılı olmalıdır.
5. Bıçağın ucu paslanmaz çelikten olmalı, yanları kesici olmalıdır.
6. Bıçağın metali laser kesimli olmalı ve kesinlikle parlamamalıdır.
7. (UBB ,SKT,LOT)gibi bilgiler ürünün üzerinde olmalıdır.
8. Uç kısmı 45 derece açılı, 20 G ölçülerinde tek tek steril paketlerde olmalıdır.
9. CE belgesine sahip olmalıdır.
10. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB veya ÜTS sistemi) kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

FAKO SLİT OFTALMİK BIÇAK

1. Çelikten elde edilmiş 2.6 mm'lik olmalıdır.
2. Çift yüzeyi keskinleştirilmiş parlamayan özellikte olmalıdır.
3. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen sapı olmalıdır.
2. Bıçağın sapının üzerinde üretici firmanın adı ve ölçüsü yazılı olmalıdır.
3. Bıçağı ambalajını üzerinde UBB kodu, CE işareti, lot numarası, son kullanma tarihi bulunmalı ve bu bilgiler sticer yapıştırma olmamalıdır.
4. Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
5. Teklif veren firmalar teknik şartnameye madde madde cevap vermelidir.
6. Teklif veren firmalar 1 adet numune vermeli ve ürünler denendikten sonra karar verilecektir.
7. Sağlık bakanlığı ÜTS de kayıtlı olmalıdır

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

ÖN KAPSÜL BOYASI (TRİPAN MAVİSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konsantrasyonu %0,05-%0,04 arasında olmalı.
2. Hücre kültüründe test edilmiş olmalı
3. Steril filtre edilmiş olmalı
4. Boya maddesi Tripan Mavisi olmalı
5. %0,81 sodyum klorid ve &0,06 potasyum fosfat içinde hazırlanmış olması tercih nedenidir.
6. Katarakt cerrahisinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalı.
7. lens ön kapsülünü boyayarak görünür hale getirmelidir.
8. Ampullerde steril bir şekilde hazırlanmış, tek kullanımlık olmalıdır.
9. TİTUBB onaylı olmalıdır.
10. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
11. Ürünler ÜTS kayıt sisteminde olmalıdır

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161