SFT BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Filtre tek kullanımlık olmalıdır.

2-İstenilen filtre ,ekstra karton ağızlığa gerek kalmaksızın kendinden ağızlıklı olmalı,ayrıca ağızlık yetişkin ve çocukların anatomik ağız yapısına uygun biçimde olmalıdır.

3-İstenilen filtrede bakteriyal ve viral filtrasyon bir arada olmalıdır.Her iki filtrasyonda etkinlik %99.99 dan düşük olmamalı ve bu değer belgelendirelerek teklif ile birlikte sunulmalıdır.

4-Teklif edilen nihai ürüne ve ürün içerisindeki filtreleme pedine ait bakteri ve virüs filtrasyon raporları ,teklif ile birlikte ayrı ayrı sunulmalıdır.

5-Filtrenin hava akım direnci (resistansı),hem ekspirasyon,hem de inspirasyon sırasında %0,70'den fazla,filtrede ölü boşluk 75 ml 'den büyük olmamalıdır.Teklif edilen filtrenin istenilen değerlerde olduğunu gösteren ilgili teknik döküman ve laboratuvar test raporları teklif ike birlikte sunulmalıdır.

6-Filtre,solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil,açılmaz yapıda ve insan sağlığı açısından kimyasal yapıştırıcı kulanılmamış olmalıdır.

7İstenilen filtrenin ağızlık kısmı ,ölçüm esnasında hastanın dudaklarının yapışmaması ve kaymaması için gerekli olan pürüzlü yapıya sahip olmalıdır.

8-Ağızlık çapı 33mm olmalıdır.(büyük cihaz için)

9-İstenilen ürünün Tıbbi Cihaz Mevzuatı gerğince olması gereken standart belgeleri,teklifle birlikte sunulmalı,ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış onay,teklif mektubuna eklenmelidir.

Dr. Öğr. Üye. Ademi YAŞAR
Celal Bayar Üniversite Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. Tescil No:108148
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Tescil No:144518

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.