ELASTİK TÜBÜLER EKSTREMİTE PANSUMAN TESPİT FİLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Ürün, üst ve alt ekstremitelerde uygulanan pansuman materyallerinin sabitlenmesi amacıyla kullanılmaya uygun olmalıdır.

2-Ürün, elastik, tübüler ve file örgü yapısında olmalıdır.

3-Ürün, ciltle temasa uygun, esnek ve dayanıklı tekstil malzemelerinden üretilmiş olmalıdır.

4-Ürün lateks içermemelidir.

5-Ürün, enine ve boyuna esneyebilen yapıda olmalı, uygulandığı ekstremitenin anatomik yapısına uyum sağlayabilmelidir.

6-Ürün, pansuman materyallerinin sabitlenmesinde ilave bant, iğne veya başka bir tespit malzemesi gerektirmeden kullanılabilmelidir.

7-Ürün, hava geçirgen yapıda olmalı ve cildin havalanmasına imkân sağlamalıdır.

8-Ürün, pansuman materyallerini sabit tutarken uygulandığı bölgede aşırı basınç veya kompresyon oluşturmamalı, dolaşımı olumsuz etkilemeyecek uygunlukta olmalıdır.

9-Ürün, yumuşak yapıda olmalı, ciltte tahriş riskini en aza indirecek özellikte bulunmalıdır.

10-Ürün, normal hasta hareketleri sırasında pansuman materyallerinin kolaylıkla yerinden kaymasını önleyebilmelidir.

11-Ürün, el, el bileği, ön kol, dirsek, üst kol, ayak, ayak bileği ve bacak bölgelerinde kullanıma uygun farklı beden seçeneklerinde temin edilebilmelidir.

12-Her beden, üretici tarafından ilgili ekstremite bölgesinde kullanıma uygun olarak tanımlanmış olmalıdır.

13-Ürünler rulo halinde sunulmalı ve ihtiyaç duyulan uzunlukta kesilerek kullanılabilmelidir.

14-Ürün kesildiğinde file örgüsünde aşırı sökülme, dağılma veya elastikiyet kaybı meydana gelmemelidir.

15-Ürün, uygulama sırasında kolaylıkla yırtılmamalı ve yeterli elastikiyetini koruyabilmelidir.

16-Ürün, uygulandığı ekstremitenin doğal hareketlerini gereksiz şekilde kısıtlamamalıdır.

17-Ürünler nonsteril olarak temin edilebilmeli, temiz, sağlam ve orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

18-Ürün ambalajında ürün adı, üretici veya ithalatçı bilgileri, lot/seri numarası, ürün ölçüsü ve ilgili mevzuat gereğince bulunması gereken diğer bilgiler yer almalıdır.

19-Ürün, ilgili tıbbi cihaz mevzuatına uygun olmalı, CE işareti taşımalı ve yürürlükteki ÜTS kayıt ve bildirim gerekliliklerini karşılamalıdır.

20-Teklif edilen ürünün kullanım bölgelerini, beden ölçülerini ve malzeme özelliklerini gösteren üretici katalog veya teknik dokümanları idarenin talebi halinde sunulmalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

21-Muayene ve kabul aşamasında ürünün elastikiyeti, örgü bütünlüğü, ilgili ekstremite bölgesine uygunluğu, kesilebilirliği ve pansuman sabitleme özelliği kontrol edilecektir.

ALIM KALEMLERİ:


Kalem 1 : Elastik Tübüler Ekstremite Pansuman Tespit Filesi – Küçük Boy:

Kalem 2 : Elastik Tübüler Ekstremite Pansuman Tespit Filesi – Orta Boy:

Kalem 3 : Elastik Tübüler Ekstremite Pansuman Tespit Filesi – Büyük Boy:

Toplam:

Ürünler farklı rulo uzunluklarında teklif edilebilir. Teslim edilen toplam uzunluk, her kalem için talep edilen miktardan az olmamalıdır. Her kalem için teklif edilen ürünün ölçüleri ve kullanım bölgesi üretici teknik dokümanlarıyla doğrulanmalıdır.



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.