EXTENDİBLE SUBRETİNAL KANUL 41G / 25G

1. Ürün tek parça ve disposable olmalıdır,

2. Gövde elden kaymayı engellemek amacı ile tırtıklı olmalıdır,

3. Needle ucu bozulma kırılma ve yamulmaya karşı ileri geri hareket mekanizmalı olmalıdır, bu durum vazgeçilmez bir özelliktir,

4. Subretinal cerrahi uygulamalarda kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır,

5. Needle ucu 41G ve polymide yapıda olmalıdır çap inceldikçe ameliyat başarı oranı arttığından dolayı ve gerek görüldüğü takdirde ven damarına müdahele edebilmek için ürünün 41G olması vazgeçilmez bir özelliktir.daha farklı çaptaki ürünler kabul edilmeyecektir

6. Aktif aspirasyon yapabilmelidir.

7. Aletin shaft kısmı 25G 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır

Doç. Dr. Muhammed ALTINIŞIK
MANİSA CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI
Dip. Tes. No: 153808

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

MALZEME ADI	MİKTARI	BİRİM		
EXTENDİBLE SUBRETİNAL KANUL 41G / 25G	10	ADET		

Doç. Dr. Muhammed ALTINIŞIK
MANİSA CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI
Dip. Tes. No: 153808

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.