

REUSABLE KOTER PLAĐI ARA KABLOSU

- 1-Ürün reusable olmalıdır.
- 2-Kablo, koter cihazı ile birlikte kullanılacak olan disposable koter plađı arasındaki bađlantıyı sađlamalıdır.
- 3-Kablonun koter cihazına bađlantı ucu Tek Pin giriřli olmalıdır.
- 4-Kablonun koter plađı ile bađlantıyı sađladıđı tutaç kısmı klemp řeklinde olmalıdır.
- 5-Kablo çiftli (split) koter plakları ile kullanılabilmelidir.
- 6-Kablonun uzunluđu en az 4,5 metre olmalıdır.
- 7-Kablo kullanılacak olan koterin giriřlerine uygun olmalıdır.
- 8-CE belgesine sahip olmalıdır.
- 9-Kablo, boyutları 18,3x11,4 cm, iletken yüzey alanı 137 cm²'den küçük olmayan disposable koter plaklarına uyumlu olmalıdır.

Anelighane
Birim Sorumlusu
Serap ERGİK

