

## DACRON DÜZ GRAFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dacron yapıda olmalıdır.
2. Sızdırmazlık özelliği ( Zero porosity ) muhakkak olmalıdır.
3. Pre – Clotting gerektirmemelidir.
4. Graft Jelatin Kaplı olmalıdır.
5. Köper Knit yapısı olmalıdır.
6. Optimal Velour yapısı olmalıdır.
7. Graft antibiotik bounding özelliğine sahip olmalıdır.
8. Graftlerde 6mm.den 38 mm ' ye kadar ölçülere sahip olmalıdır.
9. Graftler 25 cm den 60 cm ye kadar değişen boylarda olmalıdır.
10. İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önleyen damar boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
11. Graftler steril ve çift ambalajlı olmalıdır.
12. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
13. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
12. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lod numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof Dr. Ömer Tetik  
Kalp Damar Cerrahisi ABD  
Başkanı