

TURNİKE KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Suture materyalini kontrol etmek için kullanılacak olan set 3 mm çapında içinde paslanmaz telli olan 20 cm uzunlukta PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Tape kontrolü için kullanılacak olan set 5 mm çapında içinde tape'ı çekmek için kullanılacak plastik çekicisi olan 20 cm uzunlukta plastik olmalıdır.
3. Kıtın uç kısımları travma yaratmayacak şekilde yuvarlatılmış olmalıdır.
4. Atravmatik ve non toksik olmalıdır.
5. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
6. Bir steril paket içinde 2 kırmızı, 2 mavi 4 adet tape tipi turnike bulunmalıdır.
7. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler, sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi belirtilmelidir.
8. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
9. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
10. Teklif veren firma, teklif ettiği malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

KV 1368

Prof. Dr. Omer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı