

8/0 VICRYL SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sütür göz mikrocerrahisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Sütür steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
3. Sütür tek kullanım için (disposable) üretilmiş olmalıdır
4. Sütür 8/0 çapında olmalıdır
5. İğnesi 4 köşeli spatül tarzında olmalıdır.
6. Sütür çift iğneli olmalıdır.
7. Sütür uzunluğunun enaz 30 cm olması tercih nedenidir.
8. İğnesinin 3/8c olması tercih nedenidir.
9. Sütür cerrahi kalitede 8/0 poliglaktin üretilmiş olmalıdır.
10. Sütür kendi kendine erir (braided absorbable) özellikte olmalıdır.
11. TITUBB onaylı olmalıdır.
12. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir
13. UBB ve ÜTS Kaydı Olmalıdır

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

ANTERIOR CHAMBER (AC) MAINTAINER

1. Vidalı model olmalıdır.
2. Steril paketlerde olmalıdır.
3. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır
4. Sağlık bakanlığı UBB ve ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID	TAŞINIR KODU
1	VICRYL 8/0 SÜTUR	200	adet		2566	
2	ANTERIOR CHAMBER MAINTAINER	10	adet	GZ1046	1074	
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			
			adet			

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161