

ANTERIOR CERVICAL CAGE TEKNİK SARTNAMESİ

- CAGE PEEK-Optima MATERİALDEN YAPILI OLMALIDIR,
- CAGE ÜZERİNDE TANTALUM MARKER OLMALIDIR.
- CAGE CERVİCAL ANOTOMİYE UYGUN olmalı cagenin en yüksek noktası orta noktası olmalıdır.
- CAGE ÜZERİNDE CAGENİN GERİ ÇIKMASINI ENGELYEN ve alt- üst korpusa çakılan 2 ADET TİTANYUM PİN OLMALIDIR
- 2 FARKLI GENİŞLİK VE 2 FARKI DERİNLİK OLMALI(x12x14 ; x14x14,16x14)
- CAGENİN 5 FARKLI YÜKSEKLİĞİ OLMALIDIR(4MM,5MM,6MM,7MM,8MM,)
- SET İÇERESİNDE CASPAR EKARTOR SİSTEMİ; otomatik distraktor olmalı
- Ürün FDA veya CE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
- Uygulamadan sonra pozisyon tayin edebilmek için cage içerisinde ön ve arka tarafta radyo opak madde bulundurulmalıdır
- Set içerisinde kullanılacak olan cage in belirlenmesi için her boyda deneme aparatı olmalıdır
- Kemik dokusu için yeterli boş alan sahip olmalı ve maximum fizyon sağlamalı'dır
- Ürünler Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.(ubb)
- Hasta ve ürün güvenilirliğini sağlamak amacıyla tüm malzemelerin üzerinde lot numarası bulunması zorunludur,bir bütün olarak kullanılan malzemelerde bütünü oluşturan parçaların (plak,vida,çivi,kilit vidası,nail cap,stem,stem,baş,medüller tıkaç,sentralizer,asetabuler kap,femoral komponent,tibial komponent,polietilenliner,stem,pegler,metal kamalar,eksternal ve interal fiksatorü oluşturanher bir eleman.....v.b)ayrı lot numarası olması zorunludur.tedarikçi firma,herhangi bir problemle karşılaşıldığında imal edilen malzeme üzerinde bulunan lot numarasından hareket ederek izlenebilirliğe ait kayı kayıtları belgelemek zorundadır.
- -Lot numarasıyla birlikte tüm parçalarda barkod numarası (Ulusal Bilgi Bankası Kod Numarası-GMDN) bulunması zorunludur. Bir bütün olarak kullanılan malzemelerde bütünü oluşturan her bir elemanın (plak, vida,çivi, kilit vidası, nail cap, stem, stem, baş, medüller tıkaç, sentralizer, asetabuler kap, femoral komponent , tibial komponent, polietilenliner, stem, pegler, metal kamalar, eksternal ve internal fiksatorü oluşturan her bir eleman ... vb) ayrı bir barkod numarası olması zorunludur. Barkod numaraları, kullanılan malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura edilebilmesi açısından mutlaka faturada gösterilecektir.
- -İhalenin uhdesinde kaldığı firma hastanın ameliyat olduğu gün malzeme faturasını keserek, faturanın en geç 24 saat içinde hastanemiz ayniyat ve tıbbi malzeme birimine teslim edecektir.
- -Yaklaşık maliyet tekliflerinde ve hastanın faturasında SUT Ek-5E'de yer alan SUT kodları mutlaka yazılacaktır.
- - SUT eki Ek-5/E ile Ek-5/F'nin bulunduğu 22. Maddenin a,b,c,d,e bentlerindeki özellikler firma tarafından belirtilmeli ve gerektiğinde ibraz edilmelidir.
- - İhaleye teklif veren firmaların uygunluk denetlenmesi amacıyla ürün numunelerini getirmeleri gerekmektedir.

1 cc PUTTY ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme,steril halde enjektör içinde sunulan selüloz bazlı bir taşıyıcı hidrojel ve çift katlı blister ambalaj içinde sunulan tamamen rezorbe olabilen %100 sentetik Beta-trikalsiyum fosfattan oluşmalıdır.
- 2- Taşıyıcı komponent buhar, biyoaktifkomponentise gama ışınları ile terminal sterilizasyon işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
- 3- Kullanım esnasında nihai malzemenin viskozitesi uygulayan cerrah tarafından istenilen akışkanlığa göre ayarlanabilmelidir. Nihai ürün istenildiği takdirde, macun kıvamında el ile, istenildiği takdirde de akışkan kıvamda enjektör içine doldurularak uygulanabilmelidir.
- 4- Malzeme uygulandığı bölgede herhangi bir kimyasal reaksiyon sonucunda sertleşmemeli, biyotutunma özelliği sayesinde cerrahi yıkamaya uygun olmalıdır.
- 5- Malzeme 1cc, 2cc, 5cc ve 10cc'lik ambalajlarda sunulmalıdır.
- 6- Malzemenin raf ömrü 1 (bir) yıl olmalıdır.

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU BEYİN CERRAHİSİ

* İsteğe Bulunan Birim İsmi Yazılacak

S N.	Malzemenin Adı	Miktar ı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	Sut kodu		
	Bıçaklı Peek Cage	1	Adet (ay)					 / / 201..			
									1300 T.L. / / 201..	102 720	1300 T.L.	
	Servikal Plak	1	Adet (ay)					897 T.L. / / 201..	102 435	897 T.L.	
	Servikal Plak Vidası	4	Adet (ay)					110 T.L. / / 201..	102 650	110 T.L.	
	Kilitli Plak Vidası	4	Adet (ay)					110 T.L. / / 201..	102 655	110 T.L.	
	1 cc Puty	1	Adet (ay)					495 T.L. / / 201..	SG 1100	495 T.L.	
			 (ay)					 / / 201..			
			 (ay)					 / / 201..			
			 (ay)					 / / 201..			
			 (ay)					 / / 201..			
			 (ay)					 / / 201..			
			 (ay)					 / / 201..			
			 (ay)					 / / 201..			
			 (ay)					 / / 201..			
			 (ay)					 / / 201..			
			 (ay)					 / / 201..			
Prof.Dr.Cüneyt Temiz						* İnceleyen							