

KAF ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAME

El tipi (manuel) basınç ölçme cihazı Teknik Şartnamesi

1. Kaf şişirilmesinde kullanılabilmelidir.
2. Kaf basıncının kontrolünde kullanılabilmelidir.
3. Kaf basıncının ayarlanmasında kullanılabilmelidir.
4. Cm H2O cinsinden ölçüm yapmalıdır.
5. Güvenilir ve Ergonomik olmalıdır.
6. El ölçerin takılabilmesi için arkasında bir klip bulunmalıdır.
7. Ek bağlantı "line" bulunmalıdır.
8. El ölçerin üzerinde ayar yapılabilmesine olanak sağlayan ayar düğmesi bulunmalıdır.
9. Kaf basıncının kolay kontrol edilebilmesini sağlamak amacı ile el ölçerin yapısı ergonomik dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Optimum kaf şişirme basıncı skalanın üzerinde belirtilmelidir.
11. İstenirse ek bağlantı borusu ayrıca tedarik edilebilmelidir.
12. El aletinin ekranında derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.
13. Derecelendirme çizgilerin her 10 cm' de bir rakam ile değer yazılı olmalıdır.
14. Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.


Prof. Dr. Demet TOK
Dip. Tes. No: 3098542843
C.B.Ü. T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.