

TERMOVENT T TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kafsız, standart kafalı, çift kafalı, profil kafalı trakeostomi tüplerine uymalıdır
- 2.Steril kutularda bulunmalıdır
- 3.Yüksek kalite kağıt materyali ısının ve nemin değişimini ayarlayabilmelidir
- 4.Çok hafif olmalıdır
- 5.Termovent oksijen bağlantı hortumu ile uyumlu olmalıdır
- 6.Malzeme UTS ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Gülşay Oğuz
CBÜTF, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 58489 - 5694