STİMULUS ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünler 2'li ambalajlarda olmalıdır.
- ECT Cihazı'nın stimulus işleminde kullanım için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
- Çok özel ince akım kabloları ve girişi olmalıdır.
- Mevcut ECT Cihazı ile direkt kullanılabilmeli, Tedavi kablosuna direkt takılmalıdır.
- Empedans düşürücü jel ile birlikte kullanılabilmelidir.
- Yüzey " Adesive Hydrogel" olmalıdır.
- CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
- Tek kullanımlık olmalıdır.

Prof. Dr. Artuner DEMEDİ
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Psikiyatri A.D.
Dip.No:6263 Tes.No:53391-61335