


FLOW SENSÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Flow sensör GE marka Aisys, Avance, Aespire, Aestiva model anestezi cihazları ile tam uyumlu olmalı ve aynı üreticinin orijinal ürünü olmalıdır.
2. Flow sensör anestezi cihazlarında bulunan yuvalarına kolayca takılıp çıkarılabilmelidir.
3. Flow sensör anestezi cihazının hem inspirasyon hem de ekspirasyon hattının başına takılabilmelidir.
4. Flow sensör plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
5. Malzemenin ölçüm doğruluğu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.
6. Teklif veren firma üretici firmadan almış olduğu Ge marka anestezi cihazlarına teknik servis vermeye yetkili olduğu belgesini teklifle birlikte sunmalıdır. Yetki belgesi sunulmayan teklifler kabul edilmeyecektir.


Prof. Dr. Koray ERBÜYÜN
Dip. Tesis No: 54313-84082
C.B.Ü. T.F.
Anestezi ve Reanimasyon A.D.