

PEDİATRİK KATETER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter, poliüretan, radyoopak olmalıdır.
2. Kateter, çok ince lubrikasyonlu soft uçlu olmalıdır.
3. Kateterin kolay okunabilir uzunluk işaretleri olmalıdır.
4. Kateter, (22 G) çapında, en fazla 10 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kateterin, transparan fiksasyon kanatları olmalıdır.
6. Kılavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen, uzunluk işaretli, ergonomik özel kılıfta olmalıdır.
7. Seldinger ponksiyon kanülü; (21 G) çapında, en az 38 mm uzunluğunda olmalıdır.
8. Kılavuz tel, en fazla 25 cm olmalıdır.
9. Dilatatör olmalıdır.
10. EKG bağlantı kablosu olmalı ve setin içerisinde steril olarak yer almalıdır.
11. Kateterler ile birlikte kateterin doğru yerde olduğunun kontrolü için EKG adaptörü verilmelidir. Adaptör kateter ile aynı marka ve uyumlu olmalıdır.
12. Kateterin doğru yerde olduğunu kontrol etme imkanı tanıyan en az 1 adet EKG adaptörü verilmelidir. EKG adaptörü ile kateter aynı marka olmalı ve adaptörün üzerinde markası yer almalıdır.
13. İnfüzyon uzatma line'ı olmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
16. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
17. Teklif edilen ürün T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TITUBB)kayıtlı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
18. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
19. Onaylı ürün(barkod)numaraları teklif ile birlikte sunulmalı ve onaylı ürün numarası ihale sıra numarası ile mutlaka kalemler bazında ilişkilendirilmelidir.
20. Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, model, barkod numarası, üretici firma adı, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini yazılı olarak ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
21. Teslim edilecek ürünlerden numune teslim edilecek. Bu ürünler anestezi ekibi(anestezi doktoru, anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından denendikten sonra kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEMAL
CBÜTE Akademiye Resmî AD
Dip. No: 9572 / T.C. Sağlık Bakanlığı No: 100366