

GUIDING LONG SHEATH TEKNİK ŞARTNAMESİ
(KR1051)

1. Sheath iç çapı 8F ve pürüzsüz kateter geçimi için naylondan yapılmış olmalıdır.
2. Sheath uzunluğu 62 cm olmalıdır.
3. İnceltilmiş yumuşak uç yapısıyla sheath ve dilatör arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamalıdır.
4. Sheath ucunda özel curve seçenekleri (multipurpose) bulunmalıdır.
5. Multi-segment yapısıyla sheath ucuna doğru dereceli esneklik sağlamalıdır.
6. Radyopak BRITE Tip teknolojisi ile floro altında gerçek uç görünümü sağlamalıdır.
7. 0.032" guidewire geçişi için uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Özkan SOYLU
CDU T. Fakültesi
Kardiyoloji
Dip. Tez No: 55074
Dip. No: 265