

## NARKOTİK İLAÇ DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapaklar ve tüm gövde çelik den yapılmış olmalıdır.
2. Dış gövde komple beyaz renkli olmalıdır.
3. Kapaklardan biri kırmızı biri yeşil renkte olmalıdır.
4. Her gözde 2 adet sabit raf olmalıdır.
5. Kapaklarda havalandırma ızgarası olmalıdır.
6. Elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
7. Dış gövde ebatları (yükseklik, genişlik, derinlik) 50 x 60 x 18 mm, alt baza yüksekliği 0 cm,
8. İç gövde ebatları 49 x 59 x 17cm olmalıdır.
9. Duvara monte edilebilir olmalıdır.
10. Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.

Bahar ERDEMLİKANLI  
Sağlık Hiz. Müdürü

