

## PULSE OKSİMETRE (PARMAK TİPİ) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz hastanelerde oksijen ölçümünde kullanım için uygun olmalıdır.
2. Parmak üzerinden SpO<sub>2</sub> ve kalp atımını ölçebilen tipte olmalıdır.
3. SpO<sub>2</sub>, Nabız atışını rakam ve grafik olarak iki renkli ekranda gösterebilmelidir.
4. Hafif ve küçük dizayn, çift renkli ekranı olmalıdır.
5. Basit kullanım, küçük ve hafif, taşınabilir özellikte olmalıdır.
6. Düşük güç tüketimi özellikte olmalıdır.
7. SpO<sub>2</sub>, PR, Kalp Atış Hızı ve Plethysmogram göstergeli olmalıdır.
8. 2 AAA pil ile çalışmalı, piller cihazla birlikte verilir.
9. Düşük batarya uyarısı göstergeli olmalıdır.
10. Herhangi bir kablo ya da ek sensöre gerek duymaksızın anlık ölçüm yapar.
11. Otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
12. Pediatrik ve yetişkin için otomatik ayarlı parmak gövdesi özelliği olmalıdır.
13. Kauçuk yastığı sayesinde parmakta rahatsızlık yaratmaz.
14. 6 gösterge seçenekli renkli ekran modu özelliği olmalıdır.
15. Koruyucu kılıfı ve kola bağlamak için kordonu olmalıdır.
16. Ürünlerin en az 24 ay teknik servis garantisi olmalıdır.
17. Yüklenici firma istem yapan birimin onayını aldıktan sonra ürünü teslim etmelidir.

Bahar ERDELIKANI  
S...  
