

KAN GRUBU SAPTAMA KİTLERİ ŞARTNAMESİ

- 1-**Kanda eritrosit antijenlerini (ABO ve Rh-D) saptayabilmelidir.
- 2-**Monoklonal olmalıdır.
- 3-**10 ml'lik damlalıklı şişeler halinde kullanıma hazır olmalıdır.
- 4-**Sağlık bakanlığı ithal izin belgesi olmalıdır.
- 5-**Uluslararası geçerli olan kalite kontrol belgesi olmalıdır.
- 6-**Miadı en az bir yıl olmalıdır. Son kullanma tarihinden üç ay öncesinde haber verilmek üzere daha uzun miadlı olanlarla değiştirilebilmelidir.