

FETAL MONİTÖR KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürün Philips marka FM20 Model Fetal Monitör cihazına tam uyumlu orijinal ürün olmalıdır.
2. Tıbbi kağıt alkol bazlı olup cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.
3. Defter şeklinde olmalıdır.
4. 150 sayfa olmalıdır.
5. 15*10 cm boyutlarında olmalıdır.
6. Kareleri ve sayıları okunabilir olmalıdır.
7. Kağıt orijinal olmalıdır.
8. Tıbbi kağıtların hangi marka ve model cihazlar için üretilmiş oldukları ambalajları üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
9. Teklif veren firmanın üretici firmadan aldığı yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi sunulmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.


Prof. Dr. N. Kemal KUSCU