

SWAN GANZ THERMODILUTION KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Katater poliüretandan yapılmış olmalıdır.
2. Katater çapı 7 Fr olmalıdır.
3. Katater uzunluğu 110 cm olmalı ve üzeri 10'ar cm aralıklar ile işaretlenmiş olmalıdır.
4. Katater paketinin içinde balon için kullanılacak 1,5 cc'lik kilitli balon enjektörü bulunmalıdır.
5. Kataterin 4 lümeni olmalıdır.
 - Balon infüzyon lümeni
 - Distal lümen
 - Proksimal lümen
 - Thermistör lümeni
6. Kataterin bolus yöntemi ile Cardiac Output ölçümü yapabilmesi için thermistör yapısında bulunmalıdır.
7. Katater heparin ve antimikrobiyal ilça kaplı olmalıdır.
8. Katater E.O ile steril edilmiş olmalıdır.
9. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim etmeli ve ürün denendikten sonra onay almalıdır.
10. UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.


Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Anest ve Rean.AD
Dip. No 9543 - Tescil No: 100366