


ERİŞKİN TEKLİ KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PVC torba hacmi 450 ml tam kan alacak şekilde olmalı ve antikoagulan olarak CPDA-1 içermelidir.
2. Torba kenarında tüp takılacak askı yeri olmalıdır.
3. Torba içindeki sıvının ve kanın çıplak gözle kontrolüne engel olmayacak saydamlıkta olmalıdır.
4. Hazırlanan kan +4 C'de en az 35 gün saklanabilmelidir.
5. Hortum uzunluğu 1000 ± 100 mm olmalıdır.
6. Hortum üzerinde kan numunesi almak için eşit aralıklar ile numara basılmış olmalıdır.
7. İğne 16 G olmalıdır.
8. İğne özel muhafaza içinde olmalı, açıldığında açılmış olduğu belli olmalıdır.
9. İğne muhafazası üzerinde damar giriş yönü işareti olmalıdır.
10. Torba etiketi Türkçe olmalı ve üzerinde donör bilgilerini girecek yeterli boşluk olmalıdır.
11. Alüminyum paketlerde ambalajlanmalı ve paketler karton koliler içerisinde teslim edilmelidir.
12. Torbalar en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihi yaklaşan torbalardaha uzun miadlılarla değiştirilmelidir.
13. Ambalajdan çıktığında veya normal kullanım sırasında, kusurlu olduğu tespit edilen torbalar, benzer vasıfta ancak sağlam diğerleriyle değiştirilmelidir.
14. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
15. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB veya ÜTS Lod numarası ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.


Prof. Dr. ÖMER TETİK
Kalp Damar Cerrahisi A. B. D. Başkanı