

(87)

INTRODUCER SHEAT SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Introducher 8.5 French, radyopak ve introfleks yapıda olmalıdır.
2. Paket içinde
 - 1 adet 8 Fr dilatatör,
 - 1 adet dual purpose spring wire (J tipi),
 - 1 adet ince duvarlı iğne,
 - 1 adet kılavuz iğne,
 - 1 adet 5 cc injektör,
 - 1 adet 3 yollu musluk,
 - 1 adet katater kontaminasyon sheat,
 - 1 adet emniyet örtüsü olmalıdır.
3. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
5. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
6. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lod numarası ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof. Dr. Koray ERBÜYÜN
Dip. Tes. No: 54302-84082
C.B.Ü. T.F.
Rezi ve Kateterizasyon A.D.