

## ÇİFT LÜMENLİ ENDOBRONŞİAL TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerlerinde trakeal ve bronşial isimleri yazılı olan beyaz ve mavi olarak iki farklı renkte pilot balonları olmalıdır.
2. Emniyetli tek yönlü valfleri bulunan pilot balonları ve konnektörleri orijinal olarak bulunmalı ve tüpe fiske edilmiş olmalıdır.
3. Tüp, sağ ve sol ayrı ayrı olmak üzere iki akciğeri ayrı yönde etkin havalandırmayı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Paket içinde bir aspirasyon sondası ve özel swivel konnektörü ile birlikte sunulmalıdır.
5. Termoplastik, Non-toksik, şeffaf PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Tüpün kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya daha az zarar veren saten (soft seal) yapıda ve en az şekilde temas edecek özel profil kesimli olmalıdır.Kafı düşük basınç-yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
7. Tüpün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak mavi çizgi (blueline) tüp boyunca izlenebilmelidir.
8. 35,37,39 ve 41 numara olmalıdır.
9. Kompakt set halinde dayanıklı plastik kutlarda tek tek paketlenmiş olmalıdır.Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Numune getirilmesi zorunludur.
11. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru ,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.
12. UBB VE ÜTS kaydı olmalıdır.

  
Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ  
CBÜTF Anest.ve Rean.AD  
Dip.No. 9543 - Tescil No: 100366