

ASPIRASYON SONDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sonda şeffaf ve medikal PVC 'den yapılmış olmalıdır.
2. Sonda hastayı travmatize etmeyecek sertlikte kollabe olmayacak yumuşaklıkta üretilmiş olmalıdır.
3. Sonda nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.
4. Sonda oral veya nazal kullanıma uygun olmalıdır.
5. Sonda yuvarlatılmış ve/veya 45°aç ı(özellikle 6-8 Fr için) ile kesilerek yumuşatılmış açık distal uca sahip olmalıdır.
6. Sondanın doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.
7. Sonda giriş kolaylığı sağlayan pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalı, endotrakeal tüp içerisinde ileriye ve geriye doğru kolaylıkla hareket edebilmelidir.
8. Sondanın konnektörü yuvarlatılmış uçlu olmalıdır.
9. Sondanın boyutlarını kolayca tanımlayan renk kodlu konnektörlü olmalıdır. (açık yeşil, mavi, siyah, beyaz, yeşil)
10. Sonda 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr ölçülerinde olmalıdır.
11. Sondanın uzunluğu 6 Fr numarada konnektörden itibaren 40cm olmalıdır.
12. Sondasının uzunluğu diğer numaralarda konnektörden itibaren 50-52cm olmalıdır.
13. Sondanın konektörü aspiratör ile hava kaçağı olmayacak şekilde bağlantı oluşturmalıdır.
14. Sonda tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda olmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl (± 1) olmalıdır.
16. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürüne denendikten sonra onay verilecektir.
17. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
18. Ürünün mutlaka UBB- UTS kaydı olmalıdır.

