


## TEK KULLANIMLIK ANJIYO UYUMLU ENJEKTÖR ARA BAĞLANTI HATTI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Bağlantı hattı halen mevcut kullanmakta olduğumuz Medrad marka enjektör cihazı şırıngalarına uyumlu olacaktır.
- 2- Bağlantı hattı steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
- 3- Bağlantı hattı en az 120 cm uzunluğunda olacaktır.
- 4- Bağlantı hattı en az 1000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
- 5- Teklif edilen bağlantı hattı, cihazı üreten firmanın {Medrad Inc.} üretimi orijinal ürün veya uygunluğunu yazılı olarak onayladığı ürünler olacaktır.
- 6- Bağlantı hattı ambalajı üzerinden içeriği, üretim ve son kullanım tarihi, maksimum basınç limiti, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.
- 7- Bağlantı hatları steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmelidir.
- 8- Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.
- 9- Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır

Prof. Dr. Serdar TARHAN  
Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



13/05/2024

24/5

(13/05/2024)