



T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Sayı : E-25779399-930-287560
Konu : 22-F TOPLU MALZEME İSTEMİ

15.04.2022

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına veya Acil Servisine başvuran acil veya yarı acil statüdeki ekstremitelerde kırıkları olan hastalarda kullanılmak üzere "**META ÇİVİ ve HUMERUS ÇİVİ**" grubu alımına ihtiyaç vardır.Sarf Malzemeler acil ya da yarı acil hastalarda kullanılması gereken,stoklanmayan,kullanılacak parça miktarı ve boylarının önceden belirlenemediği malzemelerdir.Ekle Teknik Şartnamesi ve adetleri verilen malzemelerin 4734 sayılı yasanın 22-F maddesi uyarınca temini konusunda gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Cemal BİLAÇ
Başhekim a.
Başhekim Yardımcısı

Ek:

- 1- HUMERUS ÇİVİ MALZEME İSTEM FORMU (1 sayfa)
- 2- META NAİL TEKNİK ŞRT (1 sayfa)
- 3- META NAİL MALZ İSTEK FORMU (1 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu :BSV8M9B9N6 Pin Kodu :77352

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=4049&eD=BSV8M9B9N6&eS=287560>

Adres:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Kampüsü Manisa
Telefon:(0 236) 2338586 Faks:(0 236) 2331466
e-Posta:tip@cbu.edu.tr Elektronik Ağ:http://tip.cbu.edu.tr
Kep Adresi:celalbayaruniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Güvenir Okçu
Unvanı: Öğretim Üyesi



MİKTAR	Malın / İşin Cinsi	SUT Kodu
40	TİTANYUM META NAİL	TV5240
280	TİTANYUM İNTRAMEDÜLER ÇİVİ SİTEMLERİ İÇİN KİLİTLEME VİDALARI	TV5500
40	TEPE VİDASI	TV5380

TİTANYUM META INTRAMEDULLER ÇİVİ

1. Çivi cerrahi girişime uygun ve uluslar arası kalite standartlarına uygun titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
2. Malzeme çift kat steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
3. Tibial kanala tibia platonun anterior yüzeyinden çakılmaya uygun anatomiye sahip olmalıdır.
4. Çivilerin proximalinde 10° A-P anatomik eğimi olmalıdır.
5. Çivilerin şaftında 2.0(±0,1)m A-P anatomik eğimi olmalıdır.
6. Proksimalde en az 4 vida deliği olmalı ve vidalar metafiz bölgesinde rotasyonel stabiliteyi sağlayacak şekilde farklı açılarda gönderilebilmelidir.
7. Proximal kısımda bulunan uzatılmış vida deliği sayesinde dinamizasyon yapılırken, aynı zamanda 7mm'ye kadar kompresyonda yapılabilirdir.
8. Kırık hattında mutlak stabilite gereken osteoporotik hastalarda kullanılmak üzere proximal deliklerden en az birinin iç kısmı poli-etilen kaplı olmalı ve bu sayede mutlak stabiliteye en yakın sonuç elde edilebilmelidir.
9. Distal vidalar lateral ve A-P gönderilebilmelidir.
10. Çiviler 8,5-10 mm-11,5 mm ve 13 mm çapa, 260 mm ila 500 mm arası 2 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.
11. Vidalar 5,0 mm çapa sahip olmalı, 25 mm- 110 mm arası en az 15 boy seçenekleri olmalıdır.
12. Distal vidalar kendinden yiv açma özelliğine sahip olmalıdır.
13. Tepe vidasının farklı boy seçenekleri olmalıdır.
14. Çivinin distalinde 3 adet kilitleme deliği olmalı, ve çivi en distaldeki kilitleme vidası sayesinde distal metafiz kırıklarında da endike olmalıdır. En distaldeki vida çivinin uç kısmından en fazla 5mm yukarıda olmalıdır.
15. Gerektiğinde çiviler manyetik distal kilitleme sistemi ile uyumlu olmalı ve bu sayede çivinin distal kilitlemeleri skopi kullanımına gerek kalmadan hızlı bir şekilde kilitlenebilmelidir.
16. Özel olarak talep edildiğinde çivi seti ile birlikte blok vidası (polar vidası) uygulaması amacıyla üretilmiş olan "blocking screw"seti hizmeti verilebilmelidir.
17. Çiviler uluslar arası standart belgelerine (ISO, CE, FDA v.b.) sahip olmalıdır.

MALZEME İSTEK FORMU

İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ :		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					ONAY			
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.				İSTEK SAYISI:		Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR		
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni											
1	META NAIL ÇİVİ	40 ADET			İhtiyaç				<i>Adet Fiyatı 3.378.38 TL</i>	07/04/2022	TV5240	<i>2.598.75 TL</i>				
2	KİLİTLEME VİDASI	280 ADET			İhtiyaç				<i>Adet Fiyatı 362.87 TL</i>	07/04/2022	TV5500	<i>279.13 TL</i>				
3	TEPE VİDASI	40 ADET			İhtiyaç				<i>Adet Fiyatı 212.72 TL</i>	07/04/2022	TV5380	<i>163.63 TL</i>				
						<i>İmza</i> Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi										

.../... / 2020
Prof. Dr. İsmet TOPÇU
Başhekim