

RIGID ENDOSKOPİ TELESKOP

1. Teleskop 30 derece olmalıdır.
2. Teleskop 10mm çapında 310mm ile 322mm arasında uzunluğunda sahip olmalıdır.
3. Teleskop üzerinde katalog numarası, seri numarası, derece bilgisi ve CE yazılı olmalıdır.
4. Teleskop üzerinde fiberoptik kablo girişi farklı markalara uygun bağlantı yapılabilmesi için 2 farklı adaptör girişi üzerinde takılı olmalıdır.
5. Teleskop üzerinde renk halkası olmalıdır.
6. Teleskop otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Teleskop gerekli görüldüğü takdirde demonstrasyon talep edilecektir.
8. Özel olarak geliştirilmiş 3 tüplü sistem sayesinde optikteki lens sistemi için optimum koruma sağlamalıdır.
9. Maksimum korozyon direnci için tamamen paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
10. Safir lehimleme teknolojisi ve lazer kaynağı teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır. Orijinal kataloglarından teyit edilecektir.
11. 4K teknolojisi ile çok daha parlak bir görüntü çözünürlüğü sunmalı ve bu 4K teknolojisi orijinal kataloğu üzerinden teyit edilmelidir.
12. Aşağıdaki yönergelere göre üretilmiş olmalıdır.
 - Medical Devices Directive Regulation (EU) 2017/745 (MDR)
 - DIN EN 13060/DIN EN ISO 17665-1.
13. Ürünleri talep eden firmalar teklif ettiği markanın güncel üretici onaylı tek yetkili satıcılık belgesine sahip olmalıdır.

Göğüs Cerrahisi ABD Başkanı
Doç. Dr. Demet YALDIZ