

PRISMA FLEX
CRRT (Sürekli Renal Replasman Seti)
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Set pre-konnekte olmalı, membran ve set aynı ambalaj içinde olmalı, tanınması için hatlar renk kodlu olmalıdır.
2. Setin toplam prime hacmi 155 cc'yi geçmemelidir.
3. Yetişkin, pediatrik ve infant membranlar bulunmalıdır.
4. Membran biokompatible olmalı, akrilonitril ve sodyum metalil sülfonat kopolimer olmalıdır.
5. Membran yüzey alanı yetişkinler için 0,90 m²'yi geçmemelidir.
6. Maximum TMP 450/60 mm Hg / kPa olmalıdır.
7. Aynı sette bütün renal replasman tedavileri uygulanabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir.
8. Kanama riski yüksek veya antikoagülan kullanımı kontraendike olan hastalar için özel set bulunmalı ve gerektiğinde bu setlerin tedarik edileceği taahhüt edilmelidir.
9. Malzemeyi verecek olan firma ürünlerin steril tarihlerinin bitimine 1 ay kala yeni tarihli ürünler ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

Prof. Dr. Melek ÇİVİ
Dip. Tes. No: A0154.426.7
C.B.Ü. İ.İ. Fak. Anestezi ve
Reanimasyon A.D.