

DISPOSABLE STERIL ANJIOGRAFI ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Set içerisinde;

- 1- 3 adet 150-100 cm alet masa örtüsü
- 2- 1 adet anjiografi örtüsü 150-300 cm
- 3- 45 adet steril spanç (15'li/ 3 paket) 7,5*7,5 cm
- 4- 2 adet solusyon kabı 500 ml sert plastik
- 5- 1 adet floroskopi kılıfı 70 cm*120 cm
- 6- 1 adet anjiografi skop ayak kılıfı
- 7- 1 adet boyama sünger
- 8- 1 adet perine örtüsü 40 cm*40cm
- 9- 2 adet kompres 40 cm*40 cm (Emici özelliği iyi olmalıdır)
- 10- 3 adet standart önlük (Large beden)

Anjiografi örtü setinde kullanılan malzeme su geçirmez olmalı, saydam yada yarı saydam olmamalıdır.

Set steril olmalıdır.

1 adet numune kontrol amaçlı verilmelidir.

Prof. Dr. Mustafa Özcan SOYLU
CBL Tıp Kurumu
Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 25355-58974
Dip. No: 8385