OKSİJEN KANÜLÜ (YETİSKİN VE PEDİATRİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Medikal grade PVC malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Kanül burnu tahriş etmemelidir.
3. Mukoza kurumasını engelleyen tasarımda olmalıdır.
4. Her iki burun deliğine uyacak şekilde planlanmış yumuşak plastik kanül ile oksijen başlığı-set arasında bağlantı kuracak king yapmayan, kırılmayan hortum bulunmalı ve kokusuz olmalıdır.
5. **Erişkin ve pediatrik hastaya hortumu** nazal oksijen vermeye uygun ve hortum uzunluğu en az 2 m. olmalıdır.
6. Bağlantı konnektörü oksijen flowmetresi ile uyumlu olmalı,manometre giriş yerleri sağlam ve esnek olmalıdır.
7. Kanül hastanın başına göre yukardan ayarlanabilmeli kendiliğinden açılmamalı, gevşememelidir.
8. Tekli ambalajlanmış biçimde, 50-200 adetlik kutularda teslim edilmelidir.
9. Antialerjik olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır.
11. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
12. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
13. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
14. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır

Bahar ERDELİKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.