

OPTİK TEL SEPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 01 .Optik Tel Sepetler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş Teleskop teklif cetvelinde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
- 02 . Optik Tel sepet üzerinde üretici fabrikanın adı , aletin katalog numarası , imal edildiği ülke (menşei) ve CE işareti ile paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de " stainless" ibaresi silinmeyecek şekilde yazılı olacaktır . Bu özellikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır .
- 03 . Optik tel sepet korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır .
- 04 . İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen her bir kısmın tamamına teklif vereceklerdir . Kısımlar içerisindeki herhangi bir sete tek başına teklif verilmeyecektir. Bütünlüğün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek aletlerin tamamına aynı marka teklif verilmesi zorunludur . İstekli firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını şartnameye uygunluk belgesine yazmak zorundadırlar . Teklif veren firmanın kendi markasına ait katalog numaralarını bir veya birden fazla kalemde yazmaması yada özel üretim , eşdeğeri gibi ibarelerle belirtmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır .
- 05 . T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/03/2010 tarih ve 8301 sayılı ve 2010/11 sayılı genelge hükümlerince , isteklilerden AT belgeleri (CE/EC sertifikaları , Uygunluk Beyanı) istenmeyecektir . Bu nedenle teklif edilen ürünlerin ÜTS'de kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların ÜTS ' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının teknik şartnameye uygunluk belgesinde belirtilmesi zorunludur . İlgili cerrahi sete teklif edilen ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır .
- 06 .İmalatçı veya mümessil ve/veya ithalatçı firmaların , teklif edilen aletlerin ihale tarihindeki ÜTS'DE Sağlık Bakanlığında onaylıdır kaydının bulunması zorunludur . İstekli firma yetkili satıcı veya bayii ise imalatçı veya mümessil ve/veya ithalatçı firma tarafından ÜTS'de yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur .
07. İmalatçı firma adına düzenleniş Sanayi sicil belgesinin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
08. Katılımcılar İl sağlık müdürlüklerinden alınmış tıbbi cihaz satış yetki belgesini İso 13485 Kalite yönetim sistemi belgesini ihale dosyasında sunmalıdır
- 09- **Optik tel sepet Teknik özellikler.**
1. Ürün boyutları bölümler tarafından numuneler ile birlikte belirlenecektir.
 2. Tel Sepetin içerisinde optiği sıkıca tutacak silikonla olmalıdır.
 3. Tel sepetin Kapak kısmı kilitli olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇAYIRLI
M.C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi A.D.
Uzm. Tescil No: 122442-144686