



T.C.  
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Sayı : E-65822896-809.01-489021  
Konu : İstek

15.02.2023

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 14.02.2023 tarihli ve 90026046-930-488276 sayılı yazı.

Kardiyoloji Anabilim Dalı, Anjiyo Laboratuvarında kullanılmak üzere ekte sunulan malzemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. İsmet TOPÇU  
Başhekim

Ek:

- 1- Kardiyoloji Anabilim Dalı Anjiyo Lab. malzeme talep formu (1 Sayfa)
- 2- Nonkompliant Balon (1 Sayfa)

**Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Doğrulama Kodu :BSFZLHRV5Y Pin Kodu :52503

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=4049&eD=BSFZLHRV5Y&eS=489021>

Adres:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Sağlık Kampüsü

Telefon:(0236) 4444228 Faks:(0236) 2338040

e-Posta:bashekimlik@cbu.edu.tr Elektronik Ağ:http://hastane.cbu.edu.tr

KeP Adresi:celalbayaruniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Barış Toprak

Unvanı: Memur



Telefon No: 236233 70 68



T.C.  
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
KUR.FR.16	08.09.2016	0	-	Sayfa :1 / 1

### SATINALMA TALEP FORMU

İstek Yapan Birim :	1006 - ANJ. VE GİRİŞİMSEL ANJ.	Tarih :	14/02/2023	No :	119
Hastanın Adı Soyadı :	-	Tc :	-	Protokol :	-

#### TAŞINIRIN

Sıra No	Taşınır Kodu	Malz.Açıklama	Taşınır Adı	Ölçü Birimi	Talep Miktarı	Depo Mevcudu	Hastane Stok	Tüketim Miktarı (*)	Onay Verilen Miktar	Bir Önceki Alım Fiyatı	En Son Alım Trh	En Son Alım Miktar	1 Yıl Önce Kul.Miktar	2 Yıl Önce Kul.Miktar	Sut Kodu	Sut Fiyatı
1	150.3.3.99.....	3 AY	NC BALON (NON KOMPLIANT) KORONER		150	0	29	33		452,57292	01/02/2023	4	138	117	KR1124	584,72

(\*) Ambarın Son Çalışma Yılıının Yılbaşından başlayıp yapılmış olan tüm tüketim çıkışlarının toplamını içerir.

Birimimizin ihtiyacı için yukarıda belirtilen taşınırların temin edilmesi rica olunur				Talep Edilen Taşınırlara ait depo mevcudu yukarıda çıkarılmıştır.			
Talebin Aciliyet Durumu				Talep Edilen Taşınırlara ait depo mevcudu yukarıda çıkarılmıştır.			
ACİL				15-30 GÜN			
				30-60 GÜN			
				>=60 GÜN			
İstek yapan birim Yöneticisi				Adı, Soyadı			
Adı, Soyadı				Ünvanı : T.K.K.Y.			
Ünvanı				İmzası :			
Talep Değerlendirmesi yapılmış olup Dışarıdan alınacak miktar yukarıda belirtilmiştir.				İl Stok Havuzu sorgulanmıştır			
Talep Değerlendirme Komisyonu				İdari ve Mali Müdür			
Adı, Soyadı				BÜTÇE TÜRÜ			
Ünvanı				Genel Bütçe <input type="checkbox"/>			
İmzası				Döner Sermaye <input type="checkbox"/>			
				SATINALMA YÖNTEMLERİ			
Sıra No				Bütçe Kalemi			
				Ödenek Tutarı			
				Bloke Edilen Tutarı			
				Kalan Büt.Ödeneği			
				%10 Kalan Bütçe			
				İhalenin Son durumu			
				Sözleşme Bedeli			
				Bütçe Birimi			

OLUR

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## NONKOMPLIANT BALON (KR1095)

- 1- Balonun giriş profili 2mm'lik balon için 0.018 inch'i , geçiş profili 0.024inçi gecmemelidir. Sonraki her 0.25mm'lik balon cap artisi için bu gecis profili 0.001 inch'ten daha fazla artmamalıdır.
- 2-Nominal sisme basinci 10atm, balonun patlama basinci ise 18atmosferi gecmemelidir.
- 3-Balon caplari 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, 4.5mm ve 5.00mm çaplar arasında mevcut olmalıdır. Uzunluklari 6,9,10,12,15, +-2mm olmalıdır.
- 4-Yukarıda belirtilen ölçülerdeki balonlar teknik komisyonun belirleyeceği sayılarda ihaleyi kazanmasını müteakip yasal sürede teslim edecek, daha sonra balonların kullanma durumuna göre haftalık olarak eksikleri tamamlayacak sayıdaki balon teslim alınacaktır. Bu durum son balonun kullanıldığı güne kadar devam edecek, son balon kullanıldığında eksik boyutları tamamlamak üzere firmaca fazladan verilmiş balonlar iade edilecektir.
- 5- Balon hidrofilik malzeme ile kaplanmış olmalı
- 6- Proksimal shaft 2.0 French, distal çap (2.0 ve 3.75 arası çaplar için ) 2.6 French olmalıdır. 4.0 ve 5.00 arasındaki balonlar için 2.7 Frech'i gecmemelidir.
- 7- Balon 2.0-4.0mm çapları arasında 3 fold yapıda katlanmış olmalı, 4.0 ve 5.00mm arasındaki ölçülerde 5 fold yapısında olmalıdır.
- 8.Teklif veren firma teklif ettiği ürünün UTS kaydını belgelendirmelidir.

Kalp Hastalıkları Uzmanı  
385 6 - 37235  
M. Rıza BİÇE