

**BI-DIRECTIONAL IRRIGASYONLU RF ABLASYON KATETERİ
(KR1049)**

1. Kateter 4 elektrodlu olmalıdır.
2. Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklinde olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 115cm olmalıdır.
4. Kateter kalınlığı 8F olmalıdır.
5. Kateterin uç kısmında thermocouple sensör bulunmalıdır.
6. Kateter üzerinde bulunan noktasal deliklerden sıvı akışı sağlayarak irrigasyonlu RF ablasyon yapabilmelidir.
7. Kateter uç elektrodu 3.5mm olmalıdır.
8. D-F VE F-J olmak üzere bi-directional curve seçeneklerine sahip olmalıdır.
9. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlamalıdır.
10. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir olmalıdır.

Prof. Dr. 
Dr. 
Dip. 
58374