

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Teklif Mektubu

Sayı : 75602888.604.01.05-

Konu : Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı

16 /05/ 2025

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof.Dr.Ayşe DİNÇER'in 2025-018 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler. 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 19/05/2025 saat 17.00'a kadardır.

TEL: (236) 201 10 57 Dahili FAX : (236) 201 14 47 e mail : bap@cbu.edu.tr


Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü

1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Prof.Dr.İhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA"

adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.

2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.

3- Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.

4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler) eklenmelidir.

5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.

6- Alternatif teklif verilmeyecektir. İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.

7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır. Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.

8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.

9- 7 kalemin tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birim	Fiyatı	Tutarı TL	Özellikleri (Markası,Kodu)
1	α -Amilaz(30U/mg)10gr	1	ad/pk			
2	Glutaraldehyde solution ,GradeII 25% 1 lt	1	ad/pk			
3	Kaba Filtre Kağıdı 40X40 cm 250 ad	1	ad/pk			
4	pipet ucu - mavi - 1000 μ L 500 ad	2	ad/pk			
5	Otomatik Pipet 10-100 μ L	1	ad/pk			
6	Otomatik Pipet 100-1000 μ L	1	ad/pk			
7	tüp cam vidalı kapaklı 16 x 100 mm 100 ad/pkt	1	ad/pk			
8						
9						

Yazıyla toplam tutar KDV Hariç.....

.....Türk Lirasıdır.

Toplam Tutar
KDV %
Genel Toplam

13. TEKNİK ŞARTNAMELER**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ**

İstenilen cihazın, kırtasiyenin vd. adı	Teknik Özellikleri	Projede İstenme Gerekçesi
α -Amilaz	toz, ~30 U/mg	Enzim immobilizasyonu çalışmalarında kullanılacaktır.
Glutaraldehyde solution	Sıvı, 1litre ,GradeII 25%	Kitosan+PVA+ Fe ₃ O ₄ nP boncuklara çapraz bağlayıcı olarak kullanılacaktır.
Süzgeç Kağıdı	Filtre Kağıtları-Yaprak (40x40)	Süzme işlemlerinde kullanılacaktır.
Mikropipet	10-100 mikrolitre, ISO 8655 kalite standardına uygun olmalıdır. Kalibrasyon test sertifikasına sahip olmalıdır.	10-100 mikrolitre hacimlerdeki sıvıları pipetleme için kullanılacaktır.
Mikropipet	100-1000 mikrolitre, ISO 8655 kalite standardına uygun olmalıdır. Kalibrasyon test sertifikasına sahip olmalıdır.	100-1000 mikrolitre hacimlerdeki sıvıları pipetleme için kullanılacaktır.
Pipet Ucu	1000 mikrolitre (mavi) Ekonomik kalite, kimyasal dayanıklılığı yüksek, şeffaf polipropilen	Mikropipetler ile birlikte kullanılacaktır.
Cam-Vida Kapaklı Test Tüpü	16x100 mm	Serbest ve immobilize enzimin aktivite tayinlerinde kullanılacaktır.