

## 1000 CTS SİLİKON YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Vitrektomi ameliyatlarında kullanım için uygun olmalıdır.
- 2- Steril tekli paketlerde olmalıdır.
- 3- Silikon yağı %100 arındırılmış olmalıdır.
- 4- Silikon yağı göz içi kullanım için uygun olmalı pirojen ve toksik olmamalıdır.
- 5- Silikon yağı 10 ml flakonlar halinde hazırlanmış olmalıdır. Flakonlardan 10 ml silikon yağı çıkması özellikle önemlidir.
- 6- Silikon yağının molekülleri ağırlığı 42.000 dalton olmalıdır.
- 7- Viskositesi 20 derecede 1000 cts olmalı ve bu paketin dışında belirtilmelidir.
- 8- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 9- Ürünün TİTUBB kaydı bulunmalıdır
- 10- İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir. Karar aşamasında numune gerek görüldüğü takdirde açılarak değerlendirilmelidir.
- 11- Sağlık Bakanlığı ÜTS kayıt sisteminde olmalıdır

SUT: GZ1156