DİSPOSABLE ELEKTROKOTER KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(uzun kablolu)

1. Elektrokoter kaleminin kablosu en az 4.5m olmalıdır.

2. Elektrokoter kaleminin cihaza giriş kısmı üç pinli fiş şeklinde olmalıdır.

3. Elektrokoter kaleminin kesme ve koagülasyon için ayrı iki butonları bulunmalıdır.

4. Elektrokoter kaleminin kesme ve koagülasyon düğmeleri farklı renklerde olmalıdır.

5. Elektrokoter kaleminin ucunda bıçak elektrodu bulunmalıdır, istendiğinde bu elektrod çıkartılıp yerine standart başka bir elektrod takılabilmelidir.

6. Elektrokoter kaleminin steril pakette ve ucunun hasar görmemesi için koruyucu kılıf olmalıdır.

7. Elektrokoter kaleminin butonları ve elektronik ekipmanları ihtiva eden iç aksamı sıvı geçişine karşı korumalı olmalıdır.

8. Elektrokoter kaleminin steril sahada kullanılabilecek izoleli plastik kutusu olmalıdır.

9. Elektrokoter kalemi hastanede mevcut elektrokoter cihazına herhangi bir adaptör takılmadan kullanılabilmelidir.

10. Elektrokoter kalemi değerlendirilmesi için en az 3 adet numune teslim edilmelidir.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire